



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Орловской области**

ул. Салтыкова-Щедрина, 21, г. Орёл, ГСП, 302000
тел. (4862) 47-53-57, факс (4862) 45-44-20
e-mail: to57@fas.gov.ru

05.05.2012 № 1311/03

На № _____ от _____

Заявителю:
ООО «ЛЕГЕ АРТИС»

123056, г. Москва,
ул. Б.Грузинская, д. 60, стр. 1
факс. (495) 258-1955
(495) 258-1954
e-mail: info@semc.ru

Заказчику:
Департамент здравоохранения
и социального развития
Орловской области

302021, г.Орел, пл.Ленина, 1
тел: (4862) 43-55-81
e-mail: nicolaevwo@yandex.ru

Уполномоченному органу:
Департамент экономики
Орловской области

302021, г. Орел, пл. Ленина, 1
факс: (4862) 76-01-93
e-mail: mirage@adm.orel.ru

Оператору электронной площадки:
ГУП «Агентство
по государственному заказу РТ»
<http://etp.zakazrf.ru>

РЕШЕНИЕ

по делу № 108-12/03 ГЗж о нарушении законодательства
о размещении заказов

5 мая 2012 года

г. Орел

На основании статьи 17 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), в соответствии с Приказом Орловского УФАС России (далее – Управление) от 28.04.2012 № 261 в целях осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о размещении заказов и в рамках полномочий антимонопольных органов, определенных частью 4 статьи 17 Закона инспекцией Управления (далее – Инспекция) в составе: руководителя Инспекции: Солдатенковой И.В., заместителя руководителя управления; членов Инспекции: Горлова С.В., специалиста-эксперта отдела контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов власти, Приданцевой Т.А., специалиста 1-го разряда отдела контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов власти;

рассмотрев обращение ООО «ЛЕГЕ АРТИС» (далее – Заявитель) (исх. № 26-0412 от 20.04.2012), поступившее Управление из ФАС России (вх. № вх. № 23307 от 23.04.2012) 26 апреля 2012 года (вх. № 2646) на действия Департамента здравоохранения и социального развития Орловской области (далее – Заказчик), содержащие признаки нарушения законодательства Российской Федерации о размещении заказов, при проведении Заказчиком аукциона в электронной форме на поставку медицинского оборудования: стерилизационное оборудование для БУЗ Орловской области «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко» (номер извещения 0154200000712000424) (далее – Аукцион) на сайте ГУП «Агентство по государственному заказу РТ» (Оператор электронной площадки) и в результате

осуществления внеплановой проверки в соответствии с частями 4-6 статьи 17 Закона, приказом Управления от 28.04.2012 № 261,

УСТАНОВИЛА:

1. В соответствии с пунктом 3.17 Административного регламента, утвержденного приказом ФАС России от 14.11.2007 № 379 после подачи жалобы на действия (бездействие) заказчика ФАС России (территориальный орган) в течение двух рабочих дней после дня поступления жалобы размещает на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов, на котором размещено извещение о проведении торгов, являющихся предметом жалобы, информацию о поступлении жалобы и ее содержании, а также сообщают заявителю и Заказчику, действия (бездействие) которых обжалуются, о месте и времени рассмотрения такой жалобы.

Заявителем жалоба подана в ФАС России 23.04.2012, поступила в Управление и была размещена на официальном сайте 26.04.2012, т.е. через 3 дня после её поступления; Управление не вправе рассматривать жалобу в порядке главы 8 Закона.

В соответствии с частью 1 статьи 6 Закона, участник размещения заказа (далее – УРЗ), подавший жалобу вправе отозвать ее до принятия решения по существу жалобы.

До рассмотрения жалобы (обращения) по существу от Заявителя поступило уведомление об отзыве жалобы (вх. № 2752 от 28.04.2012):

2. Инспекцией Управления в порядке, предусмотренном частями 4-6 статьи 17 Закона, проведена внеплановая проверка, в ходе которой выявлено:

Заявитель в обращении указал, что, по его мнению, в документации об Аукционе Заказчиком установлены требования к товару, ограничивающие количество УРЗ, и нарушены требования части 1 статьи 41.6 Закона (пункты требований Технического задания на машину моеющее-дезинфицирующую, проходного типа: сушка/ мощность нагрева, мощность нагрева воды, производительность насоса указывают на технические параметры, которые не являются функциональными; пункты требований технического задания: освещение камеры с помощью галогеновой лампы сужает круг УРЗ, так как помимо функциональных требований (наличия освещения в камере) налагает требования на тип лампы (галогеновая лампа), что ведет к невозможности участия производителей с другим типом осветителя.

Из представленных 28 апреля 2012 года Заказчиком (вх. № 2746) письменных объяснений следует, что производительность системы сушки в м³/час определяет эффективность сушки, а мощность нагрева сушки в кВт определяет скорость нагрева воздуха и как следствие тоже эффективность сушки; инструменты сушатся потоком горячего воздуха, который подается под давлением; мощность нагрева воды определяет скорость работы машины, т.к. подаваемая в машину вода должна соответствовать строго определенной температуре, а температура воды в водопроводе не всегда имеет определенную температуру, поэтому необходимо воду греть; производительность насоса указывает на скорость подачи воды во вращающиеся рукава камеры; чем выше производительность насоса, тем чище будет инструмент. Данные характеристики указывают на технические параметры и являются функциональными. Галогеновые лампы являются наиболее распространенными в данном виде оборудования, легко заменяются, на рынке много производителей, которые используют такой тип ламп, поэтому данный пункт не сужает круг УРЗ.

Из представленных 27 апреля 2012 года уполномоченным органом – Департаментом экономики Орловской области (далее – Уполномоченный орган) (вх. № 2743) письменных объяснений и документов следует, что Заказчиком, согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 № 881 был проведен анализ технических характеристик стерилизационного оборудования, выпускаемого крупными производителями. В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в Аукционе от 20.04.2012 № 0154200000712000424, до окончания срока подачи заявок на участие в в Аукционе (09:00 16.04.2012) были поданы две заявки на участие в Аукционе. УРЗ, подавшие данные заявки, были допущены к участию в Аукционе и признаны его участниками.

Частью 5 статьи 17 Закона установлено, что внеплановая проверка осуществляется в случае обращения участника размещения заказа с жалобой на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или оператора электронной площадки либо конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, поступления информации о нарушении законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов, а также в целях контроля за исполнением предписаний, выданных в соответствии с частью 9 указанной статьи. При этом рассмотрение

такой жалобы осуществляется в порядке, установленном частями 4-6 статьи 17 Закона, а не в порядке главы 8 Закона.

В результате осуществления в соответствии с частями 4-6 статьи 17 Закона внеплановой проверки Инспекция установила следующее:

Заказчиком 23 марта 2012 года на официальном сайте было размещено извещение о проведении Аукциона. Начальная (максимальная) цена контракта – 31 879 380,00 рублей. Для обоснования начальной (максимальной) цены контракта Заказчиком был проведен анализ цен производителей (официальных представителей на территории Российской Федерации) медицинского оборудования. Ценовые предложения на стерилизационное оборудование, соответствующее Техническому заданию документации об Аукционе, представили ООО «МК ВИТА-ПУЛ» (представитель NawoGmbH), ООО «Прокси-Мед» (представитель SMART) и ООО «БМТ-МММ» (производитель). Следовательно, не менее трех потенциальных УРЗ могут принять участие в Аукционе.

На момент проведения проверки заказ находился в стадии рассмотрения вторых частей заявок. Для участия в Аукционе поданы 2 заявки УРЗ: ООО «Вертикаль» и ООО «МК ВИТА-ПУЛ», которые были допущены к участию в Аукционе, что свидетельствует об отсутствии ограничения количества УРЗ.

В соответствии с протоколом подведения итогов Аукциона от 25.04.2012 № 0154200000712000424, победителем Аукциона признано ООО «Вертикаль», предложившее наименьшую цену контракта – 31 560 586,20 рублей.

Таким образом, рассмотрев информацию об Аукционе, представленные Заявителем, Заказчиком и Уполномоченным органом документы, сведения и пояснения, Инспекция не выявила нарушений законодательства о размещении заказа при проведении Аукциона.


На основании вышеизложенного и руководствуясь частями 4-6 статьи 17 Закона, приказом Управления от 28.04.2012 № 261, Инспекция

РЕШИЛА:

1. При размещении заказа способом аукциона в электронной форме на поставку медицинского оборудования: стерилизационное оборудование для БУЗ Орловской области «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко» нарушений законодательства Российской Федерации о размещении заказов допущено не было.


2. Доводы изложенные в обращении (жалобе) ООО «Леге Артис» не подтвердились, следовательно, жалоба не могла быть признана обоснованной при ее рассмотрении в порядке, предусмотренном главой 8 Закона.

Руководитель Инспекции:



И.В. Солдатенкова

Члены Инспекции:



С.В. Горлов

Т.А. Приданцева

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде в течение трех месяцев в установленном законом порядке